


國立清華大學科研採購規格書

標的名稱：任意波形產生器

項目	品 名 及 規 格	數 量	單 位
1	任意波形產生器 (一) Analog Channels : 8 Analog channel in signal box (三) Waveform memory :2 GSamples per channel (四) Sample Rate:2.5GS/s (五) vertical resolution: 16 bits with no markers active, 15 bits with 1 marker active, 14 bits with 2 markers active, 13 bits with 3 markers active, 12 bits with 4 markers active。 (六) Number of marker output:32 (七) Warranty: 3 Years 驗收條件: 各驗收項目所要求之文件與測試項目如下: (一) 任意波形產生器主機保固保證書 (二) 提供儀器出廠與測試報告。 (三) 提供儀器使用之應用手冊。 (四) 提供 3 小時之教育訓練課程。 (五) 任意波形產生器正常運行，且必須符合上述採購規格與明細。	1	台
備註	廠商履約結果是否涉及智慧財產權： ☒ 否 ☐ 是 (勾選是，請續填附表一)		

請購單位： 物理學系


請購人或計畫主持人簽章：



聯絡電話：

42534

單位主管簽章：



規格書由請購人或計畫主持人設計規劃，規格內容係依政府採購法第 26 條製定。(限制性招標則依政府採購法第 22 條各款相關規定辦理)

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，

不在此限。

保存年限：永久

107.03.08

案號：CRFG-109016